

膜再生（strip）的方法

溶液和试剂

Stripping Buffer:

β -mercaptoethanol 342 μ l;

20% SDS 5 ml;

1M Tris-Cl pH 6.7 3.125 ml;

加 ddH₂O 至 50 ml。

实验步骤:

将用过的膜浸入 stripping buffer 中，置 50℃ 水浴箱中 30min，间断振摇。之后用 TBST 洗 3*5min。此时可以按新的转移好的膜来再次使用了。